

单一来源采购专家论证意见表

时间：2020年6月17日

主管职能科室	设备科
采购科室	检验科
采购项目名称	全自动真空采血管脱盖机采购
采购项目预算金额	壹拾捌万元整
论证意见	<p>我院检验科目前使用的脱盖机已经损坏，经设备科维修多次都没能正常使用，疫情期间为了不影响科室正常工作以及工作人员的交叉感染安全，急需购买一台国产的全自动真空采血管脱盖机。目前市面上具备生物安全防护功能，且具备三类医疗器械注册证的脱盖机只有广州阳普医疗科技股份有限公司的 DC-1 型号全自动真空采血管脱盖机，符合单一来源采购条件，建议采用单一来源方式采购。</p>
专家 1 签字	专家姓名： 苏可叫 工作单位： 钦州市第二人民医院 职称： 副主任医师
专家 2 签字	专家姓名： 姜永碧 工作单位： 钦州市第二人民医院 职称： 工程师
专家 3 签字	专家姓名： 沈成发 工作单位： 钦州市第二人民医院 职称： 副主任技师